

2021.12



170712050097



楷强检测
KAIQIANGJIANCE

检测报告

编号: KQJC2021-1386

项目名称: 吉林医药学院附属医院 12 月份监测项目

委托方: 吉林医药学院附属医院

项目所在地: 吉林市丰满区华山路 81 号

委托方项目: 废水

楷强检测
KAIQIANGJIANCE

吉林市楷强检测技术有限公司

检测专用章

一、前言

吉林市楷强检测技术有限公司受吉林医药学院附属医院（18904325676）的委托，于 2021 年 12 月 6 日对吉林医药学院附属医院 12 月份监测项目进行废水的监测，提交检测报告。

二、废水检测部分

表 2-1：检测项目信息说明

样品类别	废水
检测类别	委托检测
检测点位	★1#总排口
检测项目	化学需氧量、氨氮、总氯、悬浮物 粪大肠菌群、五日生化需氧量、pH
检测频次	检测一次
样品表面性状/特征	无色、无味、透明
样品来源	现场采样

表 2-2：检测标准（方法）检出限及分析仪器

序号	检测项目	方法及来源	仪器名称及型号	检出限
1	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007	COD 测定仪 571	3mg/L
2	pH	水质 pH 的测定 玻璃电极法 HJ 1147-2020	pH 计 PHS-3C	—
3	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 T6	0.025mg/L
4	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	电子天平万分之一 FA1204C	4mg/L
5	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	便携式溶解氧测定仪 JPSJ-605F 生化培养箱 SHP-150	0.5mg/L
6	粪大肠菌群	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018	恒温恒湿培养箱	12 管：3MPN/L
				15 管：20MPN/L
7	总氯	水质 游离氯和总氯的测定 N, N-二乙基-1, 4-苯二胺分光光度法 HJ 586-2010	紫外可见分光光度计 T6	0.03mg/L

表 2-3：检测结果

检测日期	检测点位	检测项目	样品唯一性标识	检测结果	单位
2021. 12. 6	★1# 总排口	化学需氧量	2021-1386JCFS-1-1	121	mg/L
		氨氮	2021-1386JCFS-1-1	25. 1	mg/L
		总氮	2021-1386JCFS-1-2	2. 49	mg/L
		悬浮物	2021-1386JCFS-1-3	55	mg/L
		粪大肠菌群	2021-1386JCFS-1-4	3. 9×10 ³	MPN/L
		五日生化需氧量	2021-1386JCFS-1-5	42. 1	mg/L
		pH	2021-1386JCFS-1-6	7. 3	无量纲

以下空白

制表：丛雨婷

审核：王

签发：李

签发日期：2021年12月17日

说 明

- 1、报告无“吉林市楷强检测技术有限公司检测专用章”无效；
- 2、报告无“”资质认定专用章无效；
- 3、报告中未加盖骑缝章无效；
- 4、复制报告（部分复制报告）未重新加盖“吉林市楷强检测技术有限公司检测专用章”无效；
- 5、报告无制表、审核、签发人签字无效；
- 6、报告涂改无效；
- 7、对本检测报告若有异议，应于收到之日起十五日内以书面形式向检测单位提出书面复检申请，逾期不予受理；
- 8、本报告检测结果仅对所采集样品有效；
- 9、由委托方自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责，对检测结果不做评价；
- 10、未经我单位允许，检测结果不得用做媒体广告宣传。

通讯地址：吉林市高新区日升路 89 号研发中心 6 层

联系电话：0432-63356555

传 真：0432-63356555

邮 编：132002

电子信箱：jlkqjc2014@163.com